



ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940

ПРЕДМЕТ: Одговор на питање

Наш број: 2017-10396/7

Датум: 15.01.2018.

Поштовани,

поступајући у складу са чланом 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо Вам следећи:

О д г в о р :

Поводом постављеног питања које смо добили дана 12.01.2018. године (електронским путем на е-маил: n.prodanovic@toplovodobrenovac.org.rs), која су примљена и заведена у ЈКП “Топловод” Обреновац под бројем 2018-10396/6 дана 15.01.2018. године, а које се односи на јавну набавку добара – **Калориметри** (шифра јавне набавке: ЈНМВ-Т-34/17) дајемо Вам одговор на исто:

Питање бр.1

Питање : У тендерској документацији, страна 5 – Техничка спецификација, наведено је (EN1434 & MID). Да ли би уместо тога требало да стоји „сва мерила морају бити у складу са Законском регулативом важећом у Републици Србији“?

Образложење:

MID је европска директива за мерне инструменте, која је обавезујућа за чланове Европске уније. Нажалост, ми још увек нисмо у Европској унији и имамо своје законе, правилнике и уредбе које регулишу област законске метрологије. Опширније информације могу се наћи на сајту Дирекције за мере и драгоцене метале www.dmdm.org.rs.

Укратко, законска регулатива је следећа:

- Мерила топлотне енергије морају да имају типско одобрење издато од стране „Дирекције за мере и драгоцене метале“ и прво оверавање обављено од стране овлашћене лабораторије у РС, у свему у складу са Законом о метрологији (СЛ.Гласник РС бр. 15/2016)

или



ЈАВНО КОМУНАЛНО
ПРЕДУЗЕЋЕ
"ТОПЛОВОД"

ОБРЕНОВАЦ
Цара Лазара 3/1
Текући рачун: 355-1095960-63
Текући рачун: 205-113917-68
ПИБ: 104764767
Матични број: 20233940

У складу са Правилником о мерилима (Сл.Гласник РС бр. 63/2013 и 95/2016), мерила морају имати **Rešenje o priznavanju inostranog uverenja Modul B** - EC - Type Examination Certificate – као и **Modul D** – Certificate Quality Management System тј. признавање постављања знака „СЕ“ и допунске метролошке ознаке „М“, издато од стране Министарства привреде.

Сви послови везани за законску регулативу су обавеза овлашћеног увозника, а мерила која нису у складу са важећим прописима не смеју се стављати у употребу, тј. не смеју се користити за наплату испоручене топлотне енергије.

Одговор: Наручилац прихвата сугестију потенцијалног понуђача и врши измену Конкурсне документације 34/17 у делу текста Техничке спецификације, и то:

текст

„Уређај се користи за мерење испоручене топлотне енергије на месту предаје у топлотној подстанци и монтира се на разводни вод. Пројектоване температуре 115°C PN16 , за полазни вод, са припадајућим прикључним елементима ултразвучног мерила протока .“

мења се, и гласи:

„Уређај се користи за мерење испоручене топлотне енергије на месту предаје у топлотној подстанци и монтира се на разводни вод. Пројектоване температуре 115°C PN16 , за полазни вод, са припадајућим прикључним елементима ултразвучног мерила протока (сва мерила морају бити у складу са Законском регулативом важећом у Републици Србији)“

Питање бр.2

Питање : Да ли је уз понуду **неопходно** доставити копије Уверења о одобрењу типа и/или Решење о признавању иностраних сертификата и знакова усаглашености?

Одговор: Да, потребно је доставити бар један од ових докумената. Измена Конкурсне документације ће бити извршена у делу Техничка спецификација, на страни 5 од 35.

Рок за подношење понуда је 25.01.2018. године до 11:00. Отварање понуда биће одржано истог дана, по истеку рока за подношење понуда са почетком у 11:30.

Комисија за јавну набавку
ЈНМВ-Т-34/17